

AMBI-CONTROL PEDRO GARCÍA VILARDELL FABRICANTE MANUFACTURER	MASCARILLA HIGIÉNICA P P SPUNBOND SMS HYGIENIC MASK P P SPUNBOND SMS	DOCUMENTO DOCUMENT	PG20DC01
	DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD CE DECLARATION OF CONFORMITY	FECHA DATE	25-03-2020

Pedro García Vilardell declara bajo su propia responsabilidad que la Mascarilla higiénica modelo P P SPUNBOND SMS tipo 02001 de una sola capa, y tipo 02002 de tres capas cumplen con los requisitos de seguridad de las siguientes Directivas Europeas:

TEST CALIDAD MASCARILLA SMS P P

Sobre los requisitos de fundamento en base a la norma EN 14683: 2019 + AC: 2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2., 5.2.3 y 5.2.4 para los tipos de mascarillas I, II y IIR

Requisitos de funcionamiento					RESULTADOS MASCARILLA HIGIÉNICA (Promedio + - DS)
		MASCARILLA QUIRURGICA TIPO I	MASCARILLA QUIRURGICA TIPO II	MASCARILLA QUIRURGICA TIPO IIR	
5.2.2	Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%)	>= 95	>= 98	>= 98	88,29 +- 3,25
5.2.3	Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm2)	< 40	< 40	< 60	81 +- 2
5.2.4.	Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)	No requerido	No requerido	>= 16,0	Fallán 0 de 32

Pedro García Vilardell declares under its own responsibility that the P P SPUNBOND SMS type 02001 single-layer, and type 02002 three-layer hygienic mask meet the safety requirements of the following European Directives:

TEST QUALITY MASK SMS P P

On the foundation requirements based on the EN 14683: 2019 + AC: 2019 standard for surgical masks points 5.2.2, 5.2.3 and 5.2.4 for types of masks I, II and IIR.

Operating requirements					HYGIENIC MASK RESULTS (Average + - DS)
		SURGICAL MASK TYPE I	SURGICAL MASK TYPE II	SURGICAL MASK TYPE IIR	
5.2.2	Bacterial filtration efficiency (BFE) (%)	>= 95	>= 98	>= 98	88,29 +- 3,25
5.2.3	Breathability: Differential pressure (Pa/cm2)	< 40	< 40	< 60	81 +- 2
5.2.4.	Splash resistance pressure (kPa)	Not required	Not required	>= 16,0	Fail 0 of 32

Pedro García Vilardell

(Ambi-Control)

Pol. Ind. Can'Estella, Psj. Morse, 23 Nave 3
 08635 Sant Esteve Sesrovires
 (Barcelona) Spain
 Tel.: +34 902506035 / Fax: +34 937115119
 www.ambi-control.com

Nombre / Name : Pedro Garcia Vilardell
 Función / Position: Director General / General Manager

Firma / Signature :